

Opole, 25.01.2019r.

Ogłoszenie nr 1162569

Zapytanie ofertowe nr:

1/2/RPOP.10.01.01-16-0058/17-00/2019

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa wraz z montażem łóżek szpitalnych elektrycznych, materacy do łóżek i materacy przeciwośluzowych pneumatycznych oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi w ramach realizacji projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Działając na podstawie pkt. XIII ppkt 1 Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego – Instrukcja dla Wykonawców, Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi/wyjaśnień na pytania/wątpliwości Wykonawców.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści długość całkowitą łóżka 215 cm przy zachowanej długości leża 200 cm?

Odpowiedź 1:

Tak, Zamawiający dopuści długość całkowitą łóżka 215 cm przy zachowanej długości leża 200 cm.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści szerokość całkowitą łóżka 102 cm przy zachowanej szerokości leża 90 cm?

Odpowiedź 2:

Tak, Zamawiający dopuści szerokość całkowitą łóżka 102 cm przy zachowanej szerokości leża 90 cm.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści uchwyt worka na mocz ze stali nierdzewnej ?

Odpowiedź 3:

Tak, Zamawiający dopuści uchwyt worka na mocz ze stali nierdzewnej.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści wagę pacjenta 215 kg co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

Odpowiedź 4:

Tak, Zamawiający dopuści wagę pacjenta 215 kg co jest parametrem lepszym od oczekiwanego.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodrażynowy pneumatyczny z obciążeniem do 145 kg co różni się nieznacznie od wymaganego?

Odpowiedź 5:

Tak, Zamawiający dopuści materac przeciwodrażynowy pneumatyczny z obciążeniem do 145 kg co różni się nieznacznie od wymaganego.

Pytanie 6:


Czy będą Państwo wymagać montażu wszystkich łóżek czy np. część pójdzie do magazynu na paletach?

Odpowiedź 6:

Będziemy wymagać montażu wszystkich łóżek.

Niniejsze wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego zostały upublicznione w Bazie Konkurencyjności. Pozostałe postanowienia Zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

WŁAŚCICIEL
OŚRODEK MEDYCZNY
SAMARYTANIN

Cezary Juda