



Ośrodek Medyczny SAMARYTANIN  
ul. Kazimierza Pużaka 11, 45-272 Opole  
NIP: 754-188-11-39, REGON: 531572886  
tel. (77) 400 38 12 / tel. kom. 604 606 584  
www.samarytanin.opole.pl / samarytanin@samarytanin.opole.pl

Opole, 03.06.2019r.

## Ogłoszenie nr 1187457

### Zapytanie ofertowe nr

11/12/RPOP.10.01.01-16-0058/17-00/2019

#### Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem 1) urządzenia do pionizacji szt. 2, podnośnika chorych szt. 3 oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi w ramach realizacji projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Działając na podstawie pkt. XIII ppkt 1 Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego – Instrukcja dla Wykonawców, Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi/wyjaśnień na pytania/wątpliwości Wykonawców.

#### Pytanie 1:

Prosimy o podanie, czy Zamawiający oczekuje podnośnika z otwieraną elektrycznie podstawą nóg?

#### Odpowiedź 1:

Tak, Zamawiający dopuszcza podnośnik z otwieraną elektrycznie podstawą nóg.

#### Pytanie 2:

##### Pkt. 5

Prosimy o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w pilot na kablu, umożliwiający podnoszenie i opuszczanie pacjenta oraz, w przypadku podnośnika z elektrycznie otwieraną podstawą nóg, regulację szerokości podstawy.

#### Odpowiedź 2:

Zamawiający dopuszcza urządzenie wyposażone w pilot na kablu, umożliwiający podnoszenie i opuszczanie pacjenta oraz, w przypadku podnośnika z elektrycznie otwieraną podstawą nóg, regulację szerokości podstawy.

#### Pytanie 3:

##### Pkt. 7

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z panelem wyświetlającym poziom naładowania baterii oraz sygnalizującym przeciążenie.



Ośrodek Medyczny SAMARYTANIN  
ul. Kazimierza Pużaka 11, 45-272 Opole  
NIP: 754-188-11-39, REGON: 531572886  
tel. (77) 400 38 12 / tel. kom. 604 606 584  
www.samarytanin.opole.pl / samarytanin@samarytanin.opole.pl

### Odpowiedź 3:

Zamawiający dopuszcza urządzenie z panelem wyświetlającym poziom naładowania baterii oraz sygnalizującym przeciążenie.

### Pytanie 4:

Pkt. 8

Prosimy o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w przycisk awaryjnego zatrzymania oraz opuszczania.

### Odpowiedź 4:

Zamawiający dopuszcza urządzenie wyposażone w przycisk awaryjnego zatrzymania oraz opuszczania.

### Pytanie 5:

Pkt. 10

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z płynnym zakresem podnoszenia 580-1590 mm w przypadku podnośnika z mechanicznie otwieraną podstawą lub 620-1800 mm w przypadku podnośnika z elektrycznie otwieraną podstawą

### Odpowiedź 5:

Zamawiający dopuszcza urządzenie z płynnym zakresem podnoszenia 580-1590 mm w przypadku podnośnika z mechanicznie otwieraną podstawą lub 620-1800 mm w przypadku podnośnika z elektrycznie otwieraną podstawą.

### Pytanie 6:

Pkt. 11

Prosimy o dopuszczenie nosidełek mocowanych na podnośniku za pomocą pętli, wykonanych z dżerseju.

### Odpowiedź 6:

Zamawiający dopuszcza nosidełka mocowane na podnośniku za pomocą pętli, wykonanych z dżerseju.

### Pytanie 7:

Pkt. 12

Czy Zamawiający oczekuje w komplecie 4 nosidełek?  
Czy wszystkie nosidełka mają mieć podparcie głowy?  
Czy Zamawiający oczekuje nosidełek z separatorem nóg do użytkowania w toalecie?

### Odpowiedź 7:

Zamawiający dopuszcza w komplecie 4 nosidełka.  
Nie wszystkie nosidełka mają mieć podparcie głowy.  
Zamawiający dopuszcza nosidełka z separatorem nóg do użytkowania w toalecie



Ośrodek Medyczny SAMARYTANIN  
ul. Kazimierza Pużaka 11, 45-272 Opole  
NIP: 754-188-11-39, REGON: 531572886  
tel. (77) 400 38 12 / tel. kom. 604 606 584  
www.samarytanin.opole.pl / samarytanin@samarytanin.opole.pl

**Pytanie 8:**

Pkt. 13

Prosimy o dopuszczenie nosidełek z możliwością prania w 70°C, wykonanych z dżerseju.

**Odpowiedź 8:**

Zamawiający dopuszcza nosidełka z możliwością prania w 70°C, wykonanych z dżerseju.

**Pytanie 9:**

Pkt. 15

Prosimy o dopuszczenie podnośnika z elektrycznie otwieraną podstawą o długości 1250 mm

Prosimy o dopuszczenie podnośnika z elektrycznie otwieraną podstawą w zakresie 650-1070 mm

Prosimy o dopuszczenie podnośnika z elektrycznie otwieraną podstawą w zakresie 610-840 mm

**Odpowiedź 9:**

Zamawiający dopuszcza podnośnik z elektrycznie otwieraną podstawą o długości 1250 mm.

Zamawiający dopuszcza podnośnik z elektrycznie otwieraną podstawą w zakresie 650-1070 mm.

Zamawiający nie dopuszcza podnośnika z elektrycznie otwieraną podstawą w zakresie 610-840 mm.

**Pytanie 10:**

Pkt. 16

Prosimy o dopuszczenie podnośnika ze średnią prędkością podnoszenia 9mm/s.

**Odpowiedź 10:**

Zamawiający dopuszcza podnośnik ze średnią prędkością podnoszenia 9mm/s.

Niniejsze wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego zostały upublicznione w Bazie Konkurencyjności. Pozostałe postanowienia Zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

**Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.**

WŁAŚCICIEL  
OŚRODEK MEDYCZNY  
SAMARYTANIN  
  
Cezary Juda