

Opole, 31.01.2019r.

Ogłoszenie nr 1162623

Zapytanie ofertowe nr:

2/3/RPOP.10.01.01-16-0058/17-00/2019

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa wraz z montażem szafek przyłóżkowych dla pacjentów oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi w ramach realizacji projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Działając na podstawie pkt. XIII ppkt 1 Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego – Instrukcja dla Wykonawców, Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi/wyjaśnień na pytania/wątpliwości Wykonawców.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający w rozumieniu opisu szafki przyłóżkowej, dopuści szafkę o parametrach opisanych poniżej:

Szafka tworzywowa z blatem wysuwającym z przodu szafki o wymiarach: 80x48x48 cm. Szkielet szafki, ramki szuflad i boki korpusu wykonane z tworzywa sztucznego. Szafka wyposażona w składane wieszaki umieszczone z boku. Blaty szafki oraz półki profilowane, wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na wilgoć, temperaturę i środki dezynfekujące. Czoła szuflad z tworzywa sztucznego z uchwytnymi wtopionymi, nie wystającymi poza obrys szafki. Wysuwany blat z miejscem na kubek. Zamykana szafka wyposażona w półkę o regulowanej wysokości. Szafka z uchwytem nie wystającym poza obrys szafki.

Odpowiedź 1:

Nie, Zamawiający w rozumieniu opisu szafki przyłóżkowej, nie dopuści szafkę o parametrach opisanych poniżej:

Szafka tworzywowa z blatem wysuwającym z przodu szafki o wymiarach: 80x48x48 cm. Szkielet szafki, ramki szuflad i boki korpusu wykonane z tworzywa sztucznego. Szafka wyposażona w składane wieszaki umieszczone z boku. Blaty szafki oraz półki profilowane, wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na wilgoć, temperaturę i środki dezynfekujące. Czoła szuflad z tworzywa sztucznego z uchwytnymi wtopionymi, nie wystającymi poza obrys szafki. Wysuwany blat z miejscem na kubek. Zamykana szafka wyposażona w półkę o regulowanej wysokości. Szafka z uchwytem nie wystającym poza obrys szafki.



Ośrodek Medyczny SAMARYTANIN
ul. Kazimierza Puzaka 11, 45-272 Opole
NIP: 754-188-11-39, REGON: 531572886
tel. (77) 400 38 12 / tel. kom. 604 606 584
www.samarytanin.opole.pl / samarytanin@samarytanin.opole.pl

Pytanie 2:

Czy Zamawiający w rozumieniu opisu szafki przyłóżkowej dopuści szafkę o parametrach lepszych lub równych:

Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym wykonana z lepszego i bardziej trwałego tworzywa - HPL oraz stopu aluminium. Szafka wyposażona w: blat górny zabezpieczony z trzech stron relingami z aluminium, blat boczny, szufladę, przestrzeń na rzeczy pacjenta między szufladą, a szafką oraz zamykaną szafkę. Wysuwany blat boczny z uchwytem nie wystającym poza obrys blatu ułatwiającym wyciąganie oraz rączce służącej do regulacji wysokości. Mechanizm oparty na bezawaryjnej konstrukcji dwóch wsuwanych kolumn. Możliwość założenia blatu po obu stronach szafki. Samodomykająca się szuflada z uchwytem aluminiowym. Uchwyt do prowadzenia szafki w blacie bocznym. Drzwi szafki zamykające się na magnes z uchwytem aluminiowym. 4 Cichobieżne koła w tym co najmniej dwa blokowane.

Szafka o wymiarach: 74x58x40 cm. Regulacja wysokości blatu bocznego: 72 - 99 cm.

Powierzchnia szafki nadająca się do dezynfekcji. Szafka posiada cztery kółka z czego dwa z hamulcami.

Odpowiedź 2:

Nie, Zamawiający w rozumieniu opisu szafki przyłóżkowej nie dopuści szafkę o parametrach lepszych lub równych:

Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym wykonana z lepszego i bardziej trwałego tworzywa - HPL oraz stopu aluminium. Szafka wyposażona w: blat górny zabezpieczony z trzech stron relingami z aluminium, blat boczny, szufladę, przestrzeń na rzeczy pacjenta między szufladą, a szafką oraz zamykaną szafkę. Wysuwany blat boczny z uchwytem nie wystającym poza obrys blatu ułatwiającym wyciąganie oraz rączce służącej do regulacji wysokości. Mechanizm oparty na bezawaryjnej konstrukcji dwóch wsuwanych kolumn. Możliwość założenia blatu po obu stronach szafki. Samodomykająca się szuflada z uchwytem aluminiowym. Uchwyt do prowadzenia szafki w blacie bocznym. Drzwi szafki zamykające się na magnes z uchwytem aluminiowym. 4 Cichobieżne koła w tym co najmniej dwa blokowane.

Szafka o wymiarach: 74x58x40 cm. Regulacja wysokości blatu bocznego: 72 - 99 cm.

Powierzchnia szafki nadająca się do dezynfekcji. Szafka posiada cztery kółka z czego dwa z hamulcami.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści szafkę o wymiarach 43 x 56 x 84 cm, nieznacznie różniącą się od wymaganych ?

Odpowiedź 3:

Tak, Zamawiający dopuści szafkę o wymiarach 43 x 56 x 84 cm, nieznacznie różniącą się od wymaganych.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści szafki wyposażone w dolnej części w półkę na obuwie w postaci metalowej płyty z dostępem z przodu szafki ?



Ośrodek Medyczny SAMARYTANIN
ul. Kazimierza Pużaka 11, 45-272 Opole
NIP: 754-188-11-39, REGON: 531572886
tel. (77) 400 38 12 / tel. kom. 604 606 584
www.samarytanin.opole.pl / samarytanin@samarytanin.opole.pl

Odpowiedź 4:

Tak, Zamawiający dopuści szafki wyposażone w dolnej części w półkę na obuwie w postaci metalowej płyty z dostępem z przodu szafki.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuści korpus szafki wykonany z profili stalowych pokrytych poliestrowo-epoksydowym lakierem proszkowym wypełnionym panelami blachy ocynkowanej pokryte takim samym lakierem?

Odpowiedź 5:

Tak, Zamawiający dopuści korpus szafki wykonany z profili stalowych pokrytych poliestrowo-epoksydowym lakierem proszkowym wypełnionym panelami blachy ocynkowanej pokryte takim samym lakierem.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuści szafkę z dwoma szufladami z czego dolna w postaci kontenera ? Takie rozwiązanie jest dużo wygodniejsze dla obsługi przez pacjenta.

Odpowiedź 6:

Tak, Zamawiający dopuści szafkę z dwoma szufladami z czego dolna w postaci kontenera.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający dopuści stolik szafki wykonany z płyt HPL z aluminiowymi relingami?

Odpowiedź 7:

Tak, Zamawiający dopuści stolik szafki wykonany z płyt HPL z aluminiowymi relingami

Pytanie 8:

Czy Zamawiający dopuści 5 tygodniowy okres realizacji zamówienia ?

Odpowiedź 8:

Tak, Zamawiający dopuści 5 tygodniowy okres realizacji zamówienia.

Pytanie 9:

Czy Zamawiający dopuści szafki z korpusem w całości wykonanym z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym poliestrowo-epoksydowym, fronty szafek malowane w kolorze dopasowanym do blatów szafek ?

Odpowiedź 9:

Nie, Zamawiający nie dopuści szafki z korpusem w całości wykonanym z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym poliestrowo-epoksydowym, fronty szafek malowane w kolorze dopasowanym do blatów szafek.

Pytanie 10:

Czy Zamawiający dopuści szafki z blatem bocznym i blatem górnym wykonanym z tworzywa HPL?



Ośrodek Medyczny SAMARYTANIN
ul. Kazimierza Pużaka 11, 45-272 Opole
NIP: 754-188-11-39, REGON: 531572886
tel. (77) 400 38 12 / tel. kom. 604 606 584
www.samarytanin.opole.pl / samarytanin@samarytanin.opole.pl

Pytanie 17:

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (15 szt.) z blatami wykonanymi z płyty tworzywowej typu hpl?

Odpowiedź 17:

Nie, Zamawiający nie dopuści szafkę przyłóżkową (15 szt.) z blatami wykonanymi z płyty tworzywowej typu hpl.

Pytanie 18:


Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (15 szt.) z blatem bocznym , z regulacją jego wysokości za pomocą mechanizmu dociskowego?

Odpowiedź 18:

Tak, Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (15 szt.) z blatem bocznym , z regulacją jego wysokości za pomocą mechanizmu dociskowego.

Niniejsze wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego zostały upublicznione w Bazie Konkurencyjności. Pozostałe postanowienia Zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

WŁAŚCICIEL
OŚRODEK MEDYCZNY
SAMARYTANIN

Cezary Juda