



Ośrodek Medyczny SAMARYTANIN
ul. Kazimierza Pużaka 11, 45-272 Opole
NIP: 754-188-11-39, REGON: 531572886
tel. (77) 400 38 12 / tel. kom. 604 606 584
www.samarytanin.opole.pl / samarytanin@samarytanin.opole.pl

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS OGÓLNY

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z montażem nowych (nieużywanych) łóżek szpitalnych elektrycznych, w tym wolnych od wad prawnych i fizycznych oraz praw osób trzecich, nowych (nieużywanych) materacy do łóżek, w tym wolnych od wad prawnych i fizycznych oraz praw osób trzecich, nowych (nieużywanych) materacy przeciwoleżynowych pneumatycznych, w tym wolnych od wad prawnych i fizycznych oraz praw osób trzecich oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi, w ramach Projektu pn.: *Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu*, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 10.00.00: Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działania 10.01.00: Infrastruktura społeczna na rzecz wyrównania nierówności w dostępie do usług, Poddziałania 10.01.01: Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Szczegółowy opis działań Wykonawcy znajduje się w pkt. III niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia.

II. INFORMACJE PODSTAWOWE O PROJEKCIE.

1. Kraj Beneficjenta:

RZECZPOSPOLITA POLSKA

2. Podstawowe informacje o Projekcie:

Projekt zakłada zakup nowego sprzętu i wyposażenia do Oddziału Medycyny Paliatywnej w Ośrodku Medycznym „Samarytanin” w Opolu. Wraz z postępowaniem rozwoju technologii medycznej oraz standardami opieki paliatywnej Wnioskodawca postanowił zwiększyć wydajność, ilość oraz jakość opieki nad pacjentami przebywającymi w oddziale. Kierując się opracowanymi Mapami Potrzeb Zdrowotnych dla województwa opolskiego oraz własnymi obserwacjami, wiedzą i doświadczeniem Wnioskodawca postanowił dostosować oddział do takiego standardu, aby zaspokoić jak najwięcej potrzeb pacjentów i ich rodzin oraz personelu. Kupowany w ramach projektu sprzęt i wyposażenie oraz zakres planowanej inwestycji spełniają wszystkie wymogi odnośnie funkcjonalności i parametrów technicznych względem posiadanych zasobów, poprzez co wpłyną na podniesienie wydajności i usprawnienie świadczonych usług medycznych.

2.1 Cel Projektu:

Zasadniczym celem Projektu jest poprawa efektywności i jakości świadczonych usług medycznych na rzecz osób starszych, w tym niepełnosprawnych w zakresie opieki paliatywnej. Cele bezpośrednie projektu to: 1) Wzrost poziomu bezpieczeństwa pacjentów; 2) Poprawa jakości usług medycznych; 3) Poprawa ogólnej wydajności usług medycznych w zakresie opieki



Ośrodek Medyczny SAMARYTANIN
ul. Kazimierza Puzaka 11, 45-272 Opole
NIP: 754-188-11-39, REGON: 531572886
tel. (77) 400 38 12 / tel. kom. 604 606 584
www.samarytanin.opole.pl / samarytanin@samarytanin.opole.pl

nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami; 4) Zwiększenie ilości oferowanych świadczeń; 5) Ułatwienie dostępu pacjentom do usług medycznych; 6) Wzrost liczby świadczonych usług medycznych; 7) Unowocześnienie zaplecza sprzętowego.

2.2 Cel przedmiotu niniejszego zamówienia

Jednym z zadań w ramach realizowanego Projektu jest zakup łóżek szpitalnych elektrycznych, materacy do łóżek oraz materacy przeciwoleżynowych pneumatycznych dla pacjentów Oddziału Medycyny Paliatywnej.

III. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Sprzęt oferowany przez Wykonawcę winien spełniać wymagania/parametry techniczne określone w poniższej tabeli.

Wykonawca wraz z ofertą winien przedłożyć wypełniony opis parametrów w poniższej tabeli, potwierdzający spełnianie wymagań/ parametrów technicznych. Ponadto, konieczne jest wskazanie przez Wykonawcę nazwy Producenta, oferowanego modelu (nazwa/typ), jak również roku produkcji (z uwzględnieniem, że rokiem produkcji winien być rok 2018 lub 2019).

Łóżka szpitalne elektryczne szt. 15:

Producent:

Oferowany model (nazwa/typ)

Rok produkcji:

Kod CPV: 33192000-2 – Meble medyczne

33192120-9 – Łóżka szpitalne

Materace do łóżek szt. 15

Producent:

Oferowany model (nazwa/typ)

Rok produkcji:

Kod CPV: 39143112-4

Materace przeciwoleżynowe pneumatyczne szt. 12

Producent:

Oferowany model (nazwa/typ)

Rok produkcji:

Kod CPV: 39143112-4





Ośrodek Medyczny SAMARYTANIN
ul. Kazimierza Pużaka 11, 45-272 Opole
NIP: 754-188-11-39, REGON: 531572886
tel. (77) 400 38 12 / tel. kom. 604 606 584
www.samarytanin.opole.pl / samarytanin@samarytanin.opole.pl

L.p.	Nazwa sprzętu	Ilość szt.	Opis	Spełnianie wymagań/parametrów technicznych TAK/NIE
1	Łóżka szpitalne elektryczne	15	<ul style="list-style-type: none"> • Kompletne, fabrycznie nowe łóżka szpitalne elektryczne. • Powinny obejmować wszystkie niezbędne elementy, konieczne do prawidłowego funkcjonowania. • Łóżka elektryczne łamane, sterowane elektrycznie z pilota, łamane w wielu miejscach. • Wszystkie funkcje łóżka sterowane elektrycznie przy pomocy pilota. • Całkowita długość łóżka 220 cm. • Całkowita szerokość łóżka 103 cm. • Długość leża 200cm. • Szerokość leża 90 cm. • Regulacja segmentu oparcia pleców. • Regulacja segmentu oparcia podudzi. • Regulacja wysokości łóżka. • Komplet barierek bocznych (opuszczanych). • Cztery kółka antystatyczne z możliwością blokady. • Wysuwana półka na pościel. • Uchwyt worka na mocz chromowany • Uchwyt do wyciągnięcia infuzyjnego. • Uchwyt do podnoszenia się pacjenta. • Dopuszczalna waga pacjenta 180 kg. • Kolor łóżka metaliczny. • Rama leża wykonana z profili stalowych pokrytych poliestrowo-epoksydowym lakierem proszkowym. • Wypełnienie leża z tworzywa ABS/perforowanych blach stalowych lakierowanych proszkowo/płyt HPL. • Szczyty łóżka zielone. • Powierzchnia do dezynfekcji i dekontaminacji. 	
2.	Materace do łóżek	15	<ul style="list-style-type: none"> • Kompletne, fabrycznie nowe materace do łóżek szpitalnych • Wymiary: szerokość 90 cm x wysokość 15 cm x długość 200 cm. • Materace przeciwoleżynowe. • Struktura wycięć w kształcie gofra, umożliwiająca swobodną cyrkulację powietrza między materacem, a powierzchnią ciała pacjenta. • Wykonane z nietoksycznej i antyalergicznego pianki poliuretanowej, której odpowiednia gęstość zapewnia 	



Ośrodek Medyczny SAMARYTANIN
ul. Kazimierza Pużaka 11, 45-272 Opole
NIP: 754-188-11-39, REGON: 531572886
tel. (77) 400 38 12 / tel. kom. 604 606 584
www.samarytanin.opole.pl / samarytanin@samarytanin.opole.pl

			<p>zachowanie naturalnych krzywizn kręgosłupa.</p> <ul style="list-style-type: none"> Materace dwustronne (druga strona o gładkiej powierzchni). Pokrowce paroprzepuszczalne, nieprzemakalne, z możliwością dezynfekcji. Spełniające wymogi sanitarno-epidemiologiczne. 	
3	Materace przeciwodrażynowe pneumatyczne	12	<ul style="list-style-type: none"> Materace pneumatyczne zmiennociśnieniowe, przeciwodrażynowe o konstrukcji rurowej. Wymiary: długość 200cm, szerokość 90 cm, wysokość 11,5 cm. Komory w układzie dwóch rzędów komór na przemian wypełnianych powietrzem. Wykonanie z nylonu/PCV łatwo zmywalnego, o strukturze poprzecznych komór. Płynna, ręczna regulacja ciśnienia w materacu, dobierana indywidualnie do wagi pacjenta. Materace z funkcją wentylacji, napowietrzania, osuszania, zapobiegania odparzeniom (natlenienie i odprowadzenie wilgoci). Wyłogi do mocowania na zwykłych materacach łóżkowych. Możliwość wypięcia poszczególnego segmentu (rury). Zawór szybkiego wypuszczania powietrza CPR. Nieprzemakalny pokrowiec i rzepy pod materac. Pompka zasilająca. Cichy stopień głośności pompy. Ilość pompowanego powietrza 6-8/min. Możliwość regulacji powietrza. Maksymalne obciążenie 150kg. Kolor: granatowy. Zasilanie elektryczne. Komora zapasowa i zestaw naprawczy. 	

Do oferty należy dołączyć, oprócz wypełnionej powyżej tabeli, również firmowe materiały informacyjne w języku polskim, w których winny być zaznaczone deklarowane wartości/cechy dotyczące wymagań/parametrów technicznych.

W przypadku braku w materiałach informacyjnych producenta potwierdzenia określonych wymagań parametru technicznego, za wystarczające zostanie uznane oświadczenie złożone przez Wykonawcę, potwierdzające deklarowane wymagania/parametry techniczne. Zamawiający zastrzega sobie prawo do



Ośrodek Medyczny SAMARYTANIN
ul. Kazimierza Pużaka 11, 45-272 Opole
NIP: 754-188-11-39, REGON: 531572886
tel. (77) 400 38 12 / tel. kom. 604 606 584
www.samarytanin.opole.pl / samarytanin@samarytanin.opole.pl

weryfikacji powyższych oświadczeń Wykonawcy w zakresie parametrów technicznych bezpośrednio u Producenta.

W sytuacji niedołączenia przez Wykonawcę do oferty wypełnionej tabeli lub wymaganych materiałów informacyjnych bądź oświadczeń – dokumenty te będą podlegały przez Wykonawcę uzupełnieniu, po wezwaniu przez Zamawiającego.

Natomiast w sytuacji, gdy oferowane przez Wykonawcę wymagania/parametry techniczne (bądź parametry wskazane w materiałach informacyjnych bądź oświadczeniach) nie potwierdzą wymagań/parametrów technicznych określonych przez Zamawiającego, oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu jako niezgodna z Zapytaniem ofertowym. Tożsamy rygor będzie zastosowany w sytuacji, gdy materiały informacyjne nie potwierdzą deklarowanych przez Wykonawcę wymagań/parametrów bądź Producent urzędzenia nie potwierdzi oświadczeń Wykonawcy.

Ośrodek Medyczny SAMARYTANIN
Pielęgniarka Koordynująca
ODDZIAŁEM MEDYCYNĄ PALIATYWNEJ
Marianna Grajsołek
Marianna Grajsołek
Specjalistka
Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej

WŁAŚCICIEL
OŚRODEK MEDYCZNY
SAMARYTANIN
Cezary Juda
Cezary Juda

Ośrodek Medyczny SAMARYTANIN
Koordynująca ds. Organizacyjnych
Archiwista nr 12/S-3/2016
45-272 Opole, ul. Pużaka 11
tel. 606 862 629
Jolanta Grendziak