



Opole, 02.10.2019r.

Ogłoszenie nr 1208720

Zapytanie ofertowe nr:

12/13/B/RPOP.10.01.01-16-0058/17-00/2019

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu do EKG oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi w ramach realizacji projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Działając na podstawie pkt. XIII ppkt 1 Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego – Instrukcja dla Wykonawców, Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi/wyjaśnień na pytania/wątpliwości Wykonawców.

Pytanie 1:

l.p. 6 - Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z pasmem przenoszenia 0,05-170 Hz?

Odpowiedź 1:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 2:

l.p. 8 - Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z portami komunikacji RS232 i USB?

Odpowiedź 2:

Tak, Zamawiający dopuści aparat EKG z portami komunikacji RS232 i USB.

Pytanie 3:

l.p. 9 - Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z formatem danych PDF poprzez dołączone oprogramowanie komputerowe do komputerowego EKG?

Odpowiedź 3:

Tak, Zamawiający dopuści aparat EKG z formatem danych PDF poprzez dołączone oprogramowanie komputerowe do komputerowego EKG.

Pytanie 4:

l.p. 10 - Czy Zamawiający dopuści aparat EKG o rozdzielczości przetwarzania 13 bitów?

Odpowiedź 4:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.



Pytanie 5:

I.p. 14 - Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z akumulatorem pozwalającym na pracę do 120 min. bez wyszczególniania ile badań można wykonać?

Odpowiedź 5:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 6:

I.p. 16 - Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z papierem składanką o wymiarach 210 x 148 mm? Przy czym 2 strony to format A4.

Odpowiedź 6:

Tak, Zamawiający dopuści aparat EKG z papierem składanką o wymiarach 210 x 148 mm? Przy czym 2 strony to format A4 (min. 10 opakowań w zestawie – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia).

Pytanie 7:

I.p. 23 - Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z filtrami mięśniowymi 25 i 35 Hz oraz filtrem autoadaptacyjnym?

Odpowiedź 7:

Tak, Zamawiający dopuści aparat EKG z filtrami mięśniowymi 25 i 35 Hz oraz filtrem autoadaptacyjnym.

Niniejsze wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego zostały upublicznione w Bazie Konkurencyjności. Pozostałe postanowienia Zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

WŁAŚCICIEL
OŚRODEK MEDYCZNY
SAMARYTANIN


Cezary Juda