



Ośrodek Medyczny SAMARYTANIN
ul. Kazimierza Pużaka 11, 45-272 Opole
NIP: 754-188-11-39, REGON: 531572886
tel. (77) 400 38 12 / tel. kom. 604 606 584
www.samarytanin.opole.pl / samarytanin@samarytanin.opole.pl

Opole, 04.09.2019r.

Ogłoszenie nr 1203609

Zapytanie ofertowe nr:

Nr 12/13/A/RPOP.10.01.01-16-0058/17-00/2019

Przedmiot zamówienia:

„Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu do EKG oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Umowa o dofinansowanie: RPOP.10.01.01-16-0058/17-00 z dnia 02.10.2018r.

Działając na podstawie pkt. XIII ppkt 1 Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego – Instrukcja dla Wykonawców, Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi/wyjaśnień na pytania/wątpliwości Wykonawców.

Pytanie 1:

Czy do w/w postępowania Zamawiający wymaga wniesienia wadium?

Odpowiedź 1:

Nie, Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG, który posiada pomiar HR w zakresie 30-250?

Odpowiedź 2:

Tak, Zamawiający dopuści aparat EKG, który posiada pomiar HR w zakresie 30-250.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG, który posiada pasmo przenoszenia: 0,05-250Hz?

Odpowiedź 3:

Tak, Zamawiający dopuści aparat EKG, który posiada pasmo przenoszenia: 0,05-250Hz.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG, który posiada rozdzielczość przenoszenia 12 bit?

Odpowiedź 4:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.



Ośrodek Medyczny SAMARYTANIN
ul. Kazimierza Pużaka 11, 45-272 Opole
NIP: 754-188-11-39, REGON: 531572886
tel. (77) 400 38 12 / tel. kom. 604 606 584
www.samarytanin.opole.pl / samarytanin@samarytanin.opole.pl

Pytanie 5:

Czy Zamawiający w pkt. 11 opisu dopuści ekran 5,7 cala?

Odpowiedź 5:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający w pkt. 14 opisu dopuści aparat z pamięcią 400 badań?

Odpowiedź 6:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia?

Pytanie 7:

Czy Zamawiający w pkt. 15 opisu dopuści aparat z baterią o wydajności na 90 min.?

Odpowiedź 7:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający w pkt. 13 opisu dopuści aparat bez obsługi PenDrive?

Odpowiedź 8:

Nie, Zamawiający w pkt. 13 opisu nie dopuści aparatu bez obsługi PenDrive – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 9:

Czy Zamawiający w pkt. 16 opisu dopuści aparat z drukarką termiczną o szerokości 112mm?

Odpowiedź 9:

Tak, Zamawiający w pkt. 16 opisu dopuści aparat z drukarką termiczną o szerokości 112mm.

Pytanie 10:

Czy Zamawiający w pkt. 18 opisu dopuści aparat z prędkościami trybu manualnego 5, 12,5, 25, 50 mm/s, trybu rytmu 5, 10 mm/s przy zachowaniu wymaganych prędkości trybu auto?

Odpowiedź 10:

Tak, Zamawiający w pkt. 18 opisu dopuści aparat z prędkościami trybu manualnego 5, 12,5, 25, 50 mm/s, trybu rytmu 5, 10 mm/s przy zachowaniu wymaganych prędkości trybu auto.

Pytanie 11:

Czy Zamawiający w pkt. 19 opisu dopuści aparat z trybami wydruku 3, 4, 6, 12, 3x4+1, 3x4+2, 3x4+3, 4x3+1, 6x2+1, 6x2+2, 12?

Odpowiedź 11:

Tak, Zamawiający w pkt. 19 opisu dopuści aparat z trybami wydruku 3, 4, 6, 12, 3x4+1, 3x4+2, 3x4+3, 4x3+1, 6x2+1, 6x2+2, 12.

Pytanie 12:

Parametr nr 9



Ośrodek Medyczny SAMARYTANIN
ul. Kazimierza Pużaka 11, 45-272 Opole
NIP: 754-188-11-39, REGON: 531572886
tel. (77) 400 38 12 / tel. kom. 604 606 584
www.samarytanin.opole.pl / samarytanin@samarytanin.opole.pl

Czy Zamawiający dopuści aparat realizujący zapis w formacie PDF, XML, z dodatkową możliwością rozbudowy o zapis w formacie Dicom tj. dcm?

Odpowiedź 12:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 13:

Parametr nr 10

Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w przetwornik 20bitowy?

Odpowiedź 13:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 14:

Parametr nr 14

Czy Zamawiający dopuści aparat z pamięcią wewnętrzną do 40 badań z możliwością rozbudowy do 200? Każde bieżące badanie, jak również wszystkie zaległe mogą być na bieżąco wysyłane na serwer bądź komputera.

Odpowiedź 14:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 15:

Parametr nr 19

Czy Zamawiający dopuści aparat w którym wydruki realizowane są w formatach: 3+1, 3+3, 6, 6+6, 12, Cabrera oraz w trybie ręcznym 3, 6, 12 z konfigurowalną grupą odprowadzeni?

Odpowiedź 15:

Tak, Zamawiający dopuści aparat w którym wydruki realizowane są w formatach: 3+1, 3+3, 6, 6+6, 12, Cabrera oraz w trybie ręcznym 3, 6, 12 z konfigurowalną grupą odprowadzeni.

Pytanie 16:

Parametr nr 24

Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający cyfrowe filtry zakłóceń mięśniowych 40Hz, 150Hz, 300Hz?

Z punktu widzenia diagnostycznego wartości EKG im większa wartość tym dokładniejsze odwzorowania. Dodatkowo wg. zaleceń AHA dla EKG pediatrycznego pasmo rejestrowanego sygnału powinno wynosić minimum 0,05-250Hz

Odpowiedź 16:

Tak, Zamawiający dopuści aparat posiadający cyfrowe filtry zakłóceń mięśniowych 40Hz, 150Hz, 300Hz.



Ośrodek Medyczny SAMARYTANIN
ul. Kazimierza Pużaka 11, 45-272 Opole
NIP: 754-188-11-39, REGON: 531572886
tel. (77) 400 38 12 / tel. kom. 604 606 584
www.samarytanin.opole.pl / samarytanin@samarytanin.opole.pl

Niniejsze wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego zostały upublicznione w Bazie Konkurencyjności. Pozostałe postanowienia Zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

**WŁAŚCICIEL
OŚRODEK MEDYCZNY
SAMARYTANIN**


Cezary Juda