



Ośrodek Medyczny SAMARYTANIN
ul. Kazimierza Pużaka 11, 45-272 Opole
NIP: 754-188-11-39, REGON: 531572886
tel. (77) 400 38 12 / tel. kom. 604 606 584
www.samarytanin.opole.pl / samarytanin@samarytanin.opole.pl

Opole, 04.10.2019r.

Ogłoszenie nr 1209437

Zapytanie ofertowe nr:

13/14/RPOP.10.01.01-16-0058/17-00/2019

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem skanerów do żył szt. 5 oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi w ramach realizacji projektu pn. Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Działając na podstawie pkt. XIII ppkt 1 Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego – Instrukcja dla Wykonawców, Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi/wyjaśnień na pytania/wątpliwości Wykonawców.

Pytanie 1:

– Pkt. 9 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy skaner żył bez kolorowego wyświetlacza LCD? Iluminator ma na celu wyświetlanie projekcji żył na skórze pacjenta, wymagany wyświetlacz może niepotrzebnie dekoncentrować użytkownika podczas procedury naświetlania.

Odpowiedź 1:

Tak, Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy skaner żył bez kolorowego wyświetlacza LCD.

Pytanie 2:

– Pkt. 11 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy skaner żył bez portu USB ? Ładowanie oferowanego iluminatora odbywa się poprzez dedykowaną ładowarkę „na stołową”, port USB w tym przypadku jest zbędnym interfejsem.

Odpowiedź 2:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 3:

– Pyt. 14/15 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy skaner żył z kompatybilnym statywem mobilnym, jednoramiennym z tzw. „gęsią szyjką” do swobodnego umiejscowienia skanera, bez regulacji wysokości i bez funkcji ładowania ? Funkcja regulacji



wysokości nie ma tu zastosowania, dzięki ww. „gęsiej szyjce” skaner można dostosować wygodnie do każdej wysokości. Funkcja ładowania na statywie też nie jest konieczna, ponieważ oferowany skaner wyróżnia się czasem pracy do 5 godzin, co jest lepszym rozwiązaniem dla Zamawiającego, niż produkt o czasie pracy do ok. 3 godzin.

Odpowiedź 3:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 4:

Dotyczy SIWZ:

Czy Zamawiający w odniesieniu do wykazania wykonania głównych dostaw dopuści przedłożenie dokumentów potwierdzających należyte wykonanie głównych dostaw sprzętu medycznego, innego niż skaner żył?

Odpowiedź 4:

Dokumenty do przedłożenia przez Wykonawcę zgodnie z Zapytaniem ofertowym. Zamawiający nie dopuści w odniesieniu do wykazania wykonania głównych dostaw, przedłożenie dokumentów potwierdzających należyte wykonanie głównych dostaw sprzętu medycznego, innego niż skaner żył.

Pytanie 5:

Dotyczy SWIZ:

Czy Zamawiający w odniesieniu do wykazania wykonania głównych dostaw dopuści przedłożenie dokumentów potwierdzających należyte wykonanie głównych dostaw skanera żył o wartości zamówienia asortymentu nie mniejszej niż 17 700,00 zł brutto?

Odpowiedź 5:

Zamawiający w odniesieniu do wykazania wykonania głównych dostaw dopuści przedłożenie dokumentów potwierdzających należyte wykonanie głównych dostaw skanera do żył o wartości zamówienia asortymentu nie mniejszej niż 17 700,00 zł brutto/szt.

Pytanie 6:

(Lp. 4) Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy skaner żył z jednym rozmiarem obrazu wyświetlanych żył podskórnych?

Odpowiedź 6:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 7:

(Lp. 5,7) Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy skaner żył z możliwością wyboru jednego z trzech trybów projekcji: tj. niebiesko-białego, czerwono-zielonego i czerwono-białego?

Odpowiedź 7:

Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy skaner żył z możliwością wyboru jednego z trzech trybów projekcji: tj. niebiesko-białego, czerwono-zielonego i czerwono-białego.

Pytanie 8:

(Lp. 9) Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy skaner żył bez wyświetlacza LCD z wygodnym przyciskiem do skanowania? Użytkownik zamiast skupiać się na iluminacji żył na skórze, niepotrzebnie skupia się na ekranie LCD, co może wpływać negatywnie na ocenę żylną pacjenta.

Odpowiedź 8:

Tak, Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy skaner żył bez wyświetlacza LCD z wygodnym przyciskiem do skanowania.

Pytanie 9:

(lp. 11) Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy skaner żył bez portu USB ? Ładowanie oferowanego iluminatora odbywa się poprzez dedykowaną ładowarkę, port USB w tym przypadku jest zbędnym interfejsem?

Odpowiedź 9:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 10:

(Lp. 16) Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy skaner żył z 1-godzinnym ciągłym czasem pracy przy pełnym naładowaniu?

Odpowiedź 10:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 11:

Czy celem uzyskania najkorzystniejszej ceny oraz zachowania konkurencyjności Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia równoważnego - wysokiej jakości skanera żylnego, który nie posiada kolorowego ekranu LCD? Obecność ekranu LCD nie ma wpływu na skuteczność obrazowania i lokalizacji naczyń i dodatkowo wymusza dodatkową uwagę użytkownika podczas skanowania żył, odrywając wzrok od obszaru lokalizacji. W przypadku oferowanego urządzenia, wszystkie niezbędne parametry pracy są wyświetlane razem z obrazem żył na skórze, co jest bardziej ergonomicznym rozwiązaniem i nie rozprasza uwagi użytkownika podczas pracy.

Odpowiedź 11:

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia równoważnego - wysokiej jakości skanera żylnego, który nie posiada kolorowego ekranu LCD.

Pytanie 12:

Czy Zamawiający w związku z kryterium punktu 6. Opisu Przedmiotu Zamówienia. "tryb do obrazowania żył położonych głębiej" wymaga, żeby skaner żylny miał możliwość pomiaru i wskazania głębokości żył, celem bardziej precyzyjnego doboru kąta i głębokości igły podczas wkłucia?

Odpowiedź 12:

Tak, Zamawiający w związku z kryterium punktu 6. Opisu Przedmiotu Zamówienia "tryb do obrazowania żył położonych głębiej" wymaga, żeby skaner żylny miał możliwość pomiaru i




Ośrodek Medyczny SAMARYTANIN
ul. Kazimierza Puzaka 11, 45-272 Opole
NIP: 754-188-11-39, REGON: 531572886
tel. (77) 400 38 12 / tel. kom. 604 606 584
www.samarytanin.opole.pl / samarytanin@samarytanin.opole.pl

wskazania głębokości żył, celem bardziej precyzyjnego doboru kąta i głębokości igły podczas wkłucia.

Niniejsze wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego zostały upublicznione w Bazie Konkurencyjności. Pozostałe postanowienia Zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

WŁAŚCICIEL
OŚRODEK MEDYCZNY
SAMARYTANIN

Cezary Buda