



Ośrodek Medyczny SAMARYTANIN
ul. Kazimierza Pużaka 11, 45-272 Opole
NIP: 754-188-11-39, REGON: 531572886
tel. (77) 400 38 12 / tel. kom. 604 606 584
www.samarytanin.opole.pl / samarytanin@samarytanin.opole.pl

Opole, 19.10.2020r.

Ogłoszenie nr 2020-1498-7123

Zapytanie ofertowe nr:
6/10/RPOP.10.01.01-16-0057/17-00/2020

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu do znieczulenia ogólnego oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi.

Działając na podstawie pkt. XIII ppkt 1 Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego – Instrukcja dla Wykonawców, Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi/wyjaśnień na pytania/wątpliwości Wykonawców.

Pytanie 1:

Pkt 2 Czy Zamawiający uzna za spełnienie parametru wyświetlanie 3 krzywych dynamicznych, 1 pętli oddechowej i jednej pętli referencyjnej jednocześnie?

Odpowiedź 1:

Tak, Zamawiający uzna za spełnienie parametru wyświetlanie 3 krzywych dynamicznych, 1 pętli oddechowej i jednej pętli referencyjnej jednocześnie

Pytanie 2:

Pkt 4 Czy Zamawiający dopuści aparat z 3 szufladami, z czego jedna zamykana na klucz?

Odpowiedź 2:

Tak, Zamawiający dopuści aparat z 3 szufladami, z czego jedna zamykana na klucz.

Pytanie 3:

Pkt 5 Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia z półką na butle oraz uchwytami stabilizującymi butle na półce?

Odpowiedź 3:

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia pkt 5 – Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego:
Aparat wyposażony w reduktory, niezbędne zawory oraz butlę startową z tlenem oraz powietrzem po 1 szt. w zestawie. Uchwyt do ściany stabilizujący butle.
Zamawiający dopuszcza aparat wyposażony w reduktory, niezbędne zawory oraz butlę startową z tlenem oraz powietrzem po 1 szt. w zestawie z półką na butle oraz uchwytami stabilizującymi butle na półce.



Ośrodek Medyczny SAMARYTANIN
ul. Kazimierza Pużaka 11, 45-272 Opole
NIP: 754-188-11-39, REGON: 531572886
tel. (77) 400 38 12 / tel. kom. 604 606 584
www.samarytanin.opole.pl / samarytanin@samarytanin.opole.pl

Pytanie 4:

Pkt 6 Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia z półką na butle i możliwością przemieszczania aparatu wraz z butlami bez potrzeby wykonywania dodatkowej instalacji gazowej na odcinku aparat do znieczulenia - butle?

Odpowiedź 4:

Tak, Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia z półką na butle i możliwością przemieszczania aparatu wraz z butlami bez potrzeby wykonywania dodatkowej instalacji gazowej na odcinku aparat do znieczulenia - butle?

Pytanie 5:

Pkt 7 Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia z wbudowanymi reduktorami, przyłączami do butli i wyświetlaniem ciśnień gazów na ekranie wentylatora?

Odpowiedź 5:

Tak, Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia z wbudowanymi reduktorami, przyłączami do butli i wyświetlaniem ciśnień gazów na ekranie wentylatora

Pytanie 6:

Pkt 16 Czy Zamawiający uzna za spełnienie parametru przepływ gazów kontrolowany za pomocą mechanicznych pokręteł na panelu przednim aparatu do znieczulenia (pod wyświetlanymi cyfrowymi wartościami na panelu przednim)?

Odpowiedź 6:

Tak, Zamawiający uzna za spełnienie parametru przepływ gazów kontrolowany za pomocą mechanicznych pokręteł na panelu przednim aparatu do znieczulenia (pod wyświetlanymi cyfrowymi wartościami na panelu przednim).

Pytanie 7:

Pkt 22 Czy Zamawiający dopuści obejście tlenowe o dużej wydajności 25-75l?

Odpowiedź 7:

Tak, Zamawiający dopuści obejście tlenowe o dużej wydajności 25-75l

Pytanie 8:

Pkt 23 Czy spełni wymagania Zamawiającego pochłaniacz wielorazowy o pojemności 1370 ml?

Odpowiedź 8:

Tak, spełni wymagania Zamawiającego pochłaniacz wielorazowy o pojemności 1370 ml.

Pytanie 9:

Pkt 24 Prosimy o wskazanie jaki typ układu preferuje Zamawiający?



Ośrodek Medyczny SAMARYTANIN
ul. Kazimierza Pużaka 11, 45-272 Opole
NIP: 754-188-11-39, REGON: 531572886
tel. (77) 400 38 12 / tel. kom. 604 606 584
www.samarytanin.opole.pl / samarytanin@samarytanin.opole.pl

Odpowiedź 9:

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia pkt 24 – Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego:

Pytanie 10:

Pkt 27 Czy Zamawiający dopuści zastawkę ciśnieniową (APL) z oznaczeniem umożliwiającym bezwzrokowe stwierdzenie przekroczenia punktu nastawienia 30 cmH₂O ?

Odpowiedź 10:

Tak, Zamawiający dopuści zastawkę ciśnieniową (APL) z oznaczeniem umożliwiającym bezwzrokowe stwierdzenie przekroczenia punktu nastawienia 30 cmH₂O.

Pytanie 11:

Pkt 33 Czy Zamawiający dopuści brak tej funkcji?

Odpowiedź 11:

Tak, Zamawiający dopuści brak tej funkcji.

Pytanie 12:

Pkt 35 Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji ciśnienia PEEP 4-30 cmH₂O?

Odpowiedź 12:

Tak, Zamawiający dopuści zakres regulacji ciśnienia PEEP 4-30 cmH₂O.

Pytanie 13:

Pkt 36 Czy Zamawiający dopuści regulację stosunku wdechu do wydechu 2:1 do 1:8?

Odpowiedź 13:

Tak, Zamawiający dopuści regulację stosunku wdechu do wydechu 2:1 do 1:8.

Pytanie 14:

Pkt 39 Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji ciśnienia:

- wdechowe dla wentylacji kontrolowanej ciśnieniem od 5 do 60 cmH₂O
- wspomaganie dla wentylacji wspomaganej ciśnieniem od 2 do 40 cmH₂O?

Odpowiedź 14:

Tak, Zamawiający dopuści zakres regulacji ciśnienia:

- wdechowe dla wentylacji kontrolowanej ciśnieniem od 5 do 60 cmH₂O
- wspomaganie dla wentylacji wspomaganej ciśnieniem od 2 do 40 cmH₂O.

Pytanie 15:

Pkt 40 Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji pauzy wdechowej w zakresie 5-60%?

Odpowiedź 15:

Tak, Zamawiający dopuści zakres regulacji pauzy wdechowej w zakresie 5-60%.



Ośrodek Medyczny SAMARYTANIN
ul. Kazimierza Pużaka 11, 45-272 Opole
NIP: 754-188-11-39, REGON: 531572886
tel. (77) 400 38 12 / tel. kom. 604 606 584
www.samarytanin.opole.pl / samarytanin@samarytanin.opole.pl

Pytanie 16:

Pkt 49 Czy Zamawiający dopuści aparat z informacją o odłączeniu pochłaniacza pojawiającą się natychmiast po odłączeniu na ekranie wentylatora?

Odpowiedź 16:

Tak, Zamawiający dopuści aparat z informacją o odłączeniu pochłaniacza pojawiającą się natychmiast po odłączeniu na ekranie wentylatora.

Pytanie 17:

Pkt 61 Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia bez tej funkcji?

Odpowiedź 17:

Tak, Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia bez tej funkcji.

Pytanie 18:

Pkt 62 Czy Zamawiający potwierdza omyłkę pisarską i parametr opisany w punkcie 62 odnosi do monitora pacjenta (opisane parametry są typowe dla tego typu urządzeń)?

Odpowiedź 18:

Tak, Zamawiający potwierdza omyłkę pisarską i parametr opisany w punkcie 62 odnosi do monitora pacjenta (opisane parametry są typowe dla tego typu urządzeń).

Pytanie 19:

Pkt 63 Czy Zamawiający potwierdza omyłkę pisarską i parametr opisany w punkcie 63 odnosi do monitora pacjenta? Czy Zamawiający dopuści monitor z ramą na 2 moduły oraz 1 mocowany na ramie?

Odpowiedź 19:

Zamawiający potwierdza omyłkę pisarską, parametr opisany w punkcie 63 odnosi do monitora pacjenta. Tak, Zamawiający dopuści monitor z ramą na 2 moduły oraz 1 mocowany na ramie.

Pytanie 20:

Pkt 64 Czy Zamawiający dopuszcza automatyczne testy z interakcją z personelem medycznym?

Odpowiedź 20:

Tak, Zamawiający dopuszcza automatyczne testy z interakcją z personelem medycznym.

Pytanie 21:

Pkt 65 Czy Zamawiający dopuści autotest szczelności i podatności układu oddechowego, z interakcją z personelem. Z możliwością wywołania testu bez konieczności wyłączenia aparatu, z wynikiem pomiaru i wyświetlaniem podatności oraz przecieku układu oddechowego, po zakończeniu testu?



Ośrodek Medyczny SAMARYTANIN
ul. Kazimierza Pużaka 11, 45-272 Opole
NIP: 754-188-11-39, REGON: 531572886
tel. (77) 400 38 12 / tel. kom. 604 606 584
www.samarytanin.opole.pl / samarytanin@samarytanin.opole.pl

Odpowiedź 21:

Tak, Zamawiający dopuści autotest szczelności i podatności układu oddechowego, z interakcją z personelem. Z możliwością wywołania testu bez konieczności wyłączenia aparatu, z wynikiem pomiaru i wyświetlaniem podatności oraz przecieku układu oddechowego, po zakończeniu testu.

Pytanie 22:

Pkt 71 Czy Zamawiający dopuści monitor umożliwiający wyświetlanie od 8 do 14 krzywych dynamicznych za pomocą okienek i nakładek?

Odpowiedź 22:

Tak, Zamawiający dopuści monitor umożliwiający wyświetlanie od 8 do 14 krzywych dynamicznych za pomocą okienek i nakładek.

Pytanie 23:

Pkt 73 Czy Zamawiający dopuści monitor z możliwością wyświetlenia ekranu EKG w układzie kaskady, tryb standardowy min. 3 krzywe dynamiczne, ekran trendów parametrów życiowych w formie graficznej i tabelarycznej z ostatnich min. 24 godzin, przełączenia w tryb gotowości, ale bez trybów dużych znaków, oxyCRG oraz bez trybu nocnego (w zamian możemy zaproponować czujnik jasności, który pozwala na automatyczne dopasowanie jasności ekranu do panujących warunków oraz tryb uśpienia monitora z jednoczesnym podglądem mierzonych parametrów i alarmów w stacji centralnego monitorowania)?

Odpowiedź 23:

Tak, Zamawiający dopuści monitor z możliwością wyświetlenia ekranu EKG w układzie kaskady, tryb standardowy min. 3 krzywe dynamiczne, ekran trendów parametrów życiowych w formie graficznej i tabelarycznej z ostatnich min. 24 godzin, przełączenia w tryb gotowości, ale bez trybów dużych znaków, oxyCRG oraz bez trybu nocnego - z czujnikiem jasności, który pozwala na automatyczne dopasowanie jasności ekranu do panujących warunków oraz tryb uśpienia monitora z jednoczesnym podglądem mierzonych parametrów i alarmów w stacji centralnego monitorowania.

Pytanie 24:

Pkt 74 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w funkcję automatycznego (w chwili wystąpienia alarmu) i ręcznego zapisywania zdarzeń wraz z pamięcią 6 konfigurowalnych kanałów z chwili wystąpienia zdarzenia?

Odpowiedź 24:

Tak, Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w funkcję automatycznego (w chwili wystąpienia alarmu) i ręcznego zapisywania zdarzeń wraz z pamięcią 6 konfigurowalnych kanałów z chwili wystąpienia zdarzenia.



Ośrodek Medyczny SAMARYTANIN
ul. Kazimierza Pużaka 11, 45-272 Opole
NIP: 754-188-11-39, REGON: 531572886
tel. (77) 400 38 12 / tel. kom. 604 606 584
www.samarytanin.opole.pl / samarytanin@samarytanin.opole.pl

Pytanie 25:

Pkt 81 Czy Zamawiający dopuści monitor z pamięcią trendów mierzonych parametrów, w postaci tablic i graficznie (72 godziny)?

Odpowiedź 25:

Tak, Zamawiający dopuści monitor z pamięcią trendów mierzonych parametrów, w postaci tablic i graficznie (72 godziny).

Pytanie 26:

Pkt 88 Czy Zamawiający dopuści równoważną technologię pomiaru wysycenia hemoglobiny tlenem, odporną na niską perfuzję i artefakty ruchowe - TruSignal?

Odpowiedź 26:

Tak, Zamawiający dopuści równoważną technologię pomiaru wysycenia hemoglobiny tlenem, odporną na niską perfuzję i artefakty ruchowe – TruSignal.

Pytanie 27:

Pkt 88 Czy Zamawiający dopuści monitor bez możliwości wyświetlania wskaźnika perfuzji?

Odpowiedź 27:

Tak, Zamawiający dopuści monitor bez możliwości wyświetlania wskaźnika perfuzji.

Pytanie 28:

Pkt 89 Czy Zamawiający uzna za spełnienie 3 różne rozmiary mankietów dla dorosłych pacjentów oraz dodatkowo zwalidowany mankiet bariatryczny, zakładany na przedramię?

Odpowiedź 28:

Tak, Zamawiający uzna za spełnienie 3 różne rozmiary mankietów dla dorosłych pacjentów oraz dodatkowo zwalidowany mankiet bariatryczny, zakładany na przedramię.

Pytanie 29:

Pkt 93 Czy Zamawiający dopuści pomiar kapnografii w strumieniu bocznym, możliwy u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych?

Odpowiedź 29:

Tak, Zamawiający dopuści pomiar kapnografii w strumieniu bocznym, możliwy u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych

Pytanie 30:

Pkt. 96 Czy Zamawiający potwierdza omyłkę pisarską polegającą na wymogu szkolenia użytkowników w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu USG?

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w punktu na:

„szkolenie użytkownika w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu do znieczulenia w siedzibie Zamawiającego, po jego zainstalowaniu (...) Szkolenie powinno zostać potwierdzone



Ośrodek Medyczny SAMARYTANIN
ul. Kazimierza Pużaka 11, 45-272 Opole
NIP: 754-188-11-39, REGON: 531572886
tel. (77) 400 38 12 / tel. kom. 604 606 584
www.samarytanin.opole.pl / samarytanin@samarytanin.opole.pl

wydaniem na rzecz wszystkich wytypowanych przez Zamawiającego osób certyfikatów poświadczających uprawnienia do obsługi aparatu do znieczulenia”.

Odpowiedź 30:

Tak, Zamawiający potwierdza omyłkę pisarską polegającą na wymogu szkolenia użytkowników w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu USG.

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację w/w punktu na:

„szkolenie użytkownika w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu do znieczulenia w siedzibie Zamawiającego, po jego zainstalowaniu (...) Szkolenie powinno zostać potwierdzone wydaniem na rzecz wszystkich wytypowanych przez Zamawiającego osób certyfikatów poświadczających uprawnienia do obsługi aparatu do znieczulenia”.

Pytanie 31:

Pkt. 99 Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w/w punktu, poprzez nadanie mu następującej postaci:

„Każda naprawa gwarancyjna wydłużająca się ponad terminy określone w umowie powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji.”?

Odpowiedź 31:

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia pkt 99 – Zał. Nr 2 do Zapytania ofertowego.

Pytanie 32:

Pkt. 102 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu w dni robocze do 48h?

Odpowiedź 32:

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia pkt 102 – Zał. Nr 2 do Zapytania ofertowego.

Pytanie 33:

Pkt. 103. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 10 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy. Zwłaszcza w obecnie panującej na świecie sytuacji pandemii logistyka związana ze sprowadzaniem części z zagranicy jest utrudniona a czas dostawy wydłużony.

Odpowiedź 33:

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia pkt 103 – Zał. Nr 2 do Zapytania ofertowego.



Ośrodek Medyczny SAMARYTANIN
ul. Kazimierza Pużaka 11, 45-272 Opole
NIP: 754-188-11-39, REGON: 531572886
tel. (77) 400 38 12 / tel. kom. 604 606 584
www.samarytanin.opole.pl / samarytanin@samarytanin.opole.pl

Pytanie 34:

Pkt. 102. Czy Zamawiający uzna za reakcję serwisową zdalną diagnostykę / naprawę wykonaną za pośrednictwem serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej lub poprzez rozmowę telefoniczną?

Odpowiedź 34:

Tak, Zamawiający uzna za reakcję serwisową zdalną diagnostykę / naprawę wykonaną za pośrednictwem serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej lub poprzez rozmowę telefoniczną.

Pytanie 35:

Pkt. 104. Praktyką w przypadku gwarancji udzielanej na urządzenia medyczne jest wyłączenie tych wad i awarii aparatów, które wynikają z nieprawidłowego użycia (niezgodnego z instrukcją lub przeznaczeniem) aparatu przez Zamawiającego lub też spowodowane są okolicznościami o charakterze siły wyższej.

Czy wobec takiego katalogu włączeń z gwarancji, które są standardem dla aparatury medycznej, będącej przedmiotem niniejszego postępowania, Zamawiający potwierdza, że zapis ten nie dotyczy:

- a. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:
 - eksploatacji przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi,
 - samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
 - Celowego lub nieumyślnego niewłaściwego użycia lub zaniedbania,
 - uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych, jak również powstałych wskutek zaistnienia siły wyższej, działania władz wojskowych lub cywilnych, pożarów, powodzi, zalania, strajków lub innych zaburzeń w pracy, wojny, buntów, i innych powodów poza racjonalną kontrolą Wykonawcy

Odpowiedź 35:

Zamawiający potwierdza praktykę - w przypadku gwarancji udzielanej na urządzenia medyczne jest wyłączenie tych wad i awarii aparatów, które wynikają z nieprawidłowego użycia (niezgodnego z instrukcją lub przeznaczeniem) aparatu przez Zamawiającego lub też spowodowane są okolicznościami o charakterze siły wyższej.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten nie dotyczy:

- a. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:
 - eksploatacji przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi,
 - samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
 - Celowego lub nieumyślnego niewłaściwego użycia lub zaniedbania,



Ośrodek Medyczny SAMARYTANIN
ul. Kazimierza Pużaka 11, 45-272 Opole
NIP: 754-188-11-39, REGON: 531572886
tel. (77) 400 38 12 / tel. kom. 604 606 584
www.samarytanin.opole.pl / samarytanin@samarytanin.opole.pl

- uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych, jak również powstałych wskutek zaistnienia siły wyższej, działania władz wojskowych lub cywilnych, pożarów, powodzi, zalania, strajków lub innych zaburzeń w pracy, wojny, buntów, i innych powodów poza racjonalną kontrolą Wykonawcy

Pytanie 36:

Dotyczy wzór umowy § 4 ust. 6.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację terminu dostawy właściwego sprzętu na: do 7 dni?

Odpowiedź 36:

Zgodnie ze wzorem umowy - Dotyczy wzór umowy § 4 ust. 6.

Pytanie 37:

Dotyczy wzoru umowy §6 pkt. 1

Zgodnie z Kodeksem cywilnym karę umowną można naliczyć w wypadku zawinionego działania lub zaniechania, więc Wykonawca powinien odpowiadać za zwłokę, nie za opóźnienie. Wykonawca nie powinien odpowiadać za opóźnienie wywołane np. siłą wyższą, działaniem organów administracji. W związku z tym proponujemy, aby w omawianym punkcie słowo „opóźnienie” zastąpić słowem „zwłoka”.

Odpowiedź 37:

Zgodnie ze wzorem umowy - Dotyczy wzoru umowy §6 pkt. 1.

Pytanie 38:

Dotyczy wzoru umowy §6 pkt. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby łączna wysokość kar umownych nie mogła przekroczyć 10% łącznego wynagrodzenia umownego określonego w par. 3 umowy?

Odpowiedź 38:

Zgodnie ze wzorem umowy - Dotyczy wzoru umowy §6 pkt. 2.

Pytanie 39:

Dotyczy wzoru umowy § 7 pkt. 1 ppkt. 1 i 3.

Odstąpienie od umowy jest czynnością radykalną, w związku z czym prosimy Zamawiającego o dodanie do punktu następującego zastrzeżenia: Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem odstąpienia od umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin, nie krótszy niż 14 dni.

Odpowiedź 39:

Zgodnie ze wzorem umowy - Dotyczy wzoru umowy § 7 pkt. 1 ppkt. 1 i 3.



Ośrodek Medyczny SAMARYTANIN
ul. Kazimierza Pużaka 11, 45-272 Opole
NIP: 754-188-11-39, REGON: 531572886
tel. (77) 400 38 12 / tel. kom. 604 606 584
www.samarytanin.opole.pl / samarytanin@samarytanin.opole.pl

Pytanie 40:

Dotyczy wzoru umowy § 8 pkt 3.

Praktyką w przypadku gwarancji udzielanej na urządzenia medyczne jest wyłączenie tych wad i awarii aparatów, które wynikają z nieprawidłowego użycia (niezgodnego z instrukcją lub przeznaczeniem) aparatu przez Zamawiającego lub też spowodowane są okolicznościami o charakterze siły wyższej.

Czy wobec takiego katalogu włączeń z gwarancji, które są standardem dla aparatury medycznej, będącej przedmiotem niniejszego postępowania, Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie modyfikacji zapisu w następujący sposób:

„Gwarancją nie są objęte:

b. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:

1. eksploatacji przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi,
2. samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
3. Celowego lub nieumyślnego niewłaściwego użycia lub zaniedbania,
4. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych, jak również powstałych wskutek zaistnienia siły wyższej, działania władz wojskowych lub cywilnych, pożarów, powodzi, zalania, strajków lub innych zaburzeń w pracy, wojny, buntów, i innych powodów poza racjonalną kontrolą Wykonawcy

Odpowiedź 40:

Zgodnie ze wzorem umowy - Dotyczy wzoru umowy § 8 pkt 3.

Pytanie 41:

Dotyczy wzoru umowy § 8 pkt 7.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w punktu w następujący sposób:

W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wady lub /i usterki przedmiotu umowy w terminie określonym w ust. 4 powyżej, Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wady lub/i usterki innemu, autoryzowanemu punktowi producenta sprzętu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, po wyznaczeniu wykonawcy dodatkowego 5-dniowego terminu na usunięcie wad i/lub usterek (...)

Odpowiedź 41:

Zgodnie ze wzorem umowy - Dotyczy wzoru § 8 pkt 7.

Pytanie 42:

Dotyczy wzoru umowy § 8 pkt 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby koszt zastępczego wykonania, o który mowa w ust. 7 nie mógł przekroczyć 25% łącznego wynagrodzenia umownego brutto (...)?

Odpowiedź 42:

Zgodnie ze wzorem umowy - Dotyczy wzoru § 8 pkt 8.



Ośrodek Medyczny SAMARYTANIN
ul. Kazimierza Pużaka 11, 45-272 Opole
NIP: 754-188-11-39, REGON: 531572886
tel. (77) 400 38 12 / tel. kom. 604 606 584
www.samarytanin.opole.pl / samarytanin@samarytanin.opole.pl

Pytanie 43:

Dotyczy wzoru umowy § 9 pkt. 1 g)

W związku z aktualną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wskutek czego na podstawie §1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491), na terenie Polski został wprowadzony stan epidemii, wymagający zastosowania się do licznych ograniczeń wprowadzonych w/w Rozporządzeniem oraz wobec trudnego do przewidzenia dalszego rozwoju epidemii zarówno w Polsce, jak i w Europie i na całym świecie, który może mieć istotny wpływ na realizację Umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania, zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do umowy treści klauzuli o sile wyższej (rozumianej m.in. jako stan epidemii). Propozycja dodania tej klauzuli zakłada współpracę Stron w przypadku zaistnienia okoliczności utrudniających realizację umowy, a związanych z siłą wyższą (szczególnie epidemią). Rozwiązanie to pozwoli na bieżącą reakcję Stron w przypadku utrudnień z realizacją kontraktu ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację z COVID-19 oraz wspólne ustalenie dalszych działań w dobrej wierze tak, aby interesy obu stron były realizowane pomimo utrudnień wynikających z siły wyższej (w szczególności wynikającej z epidemii COVID-19). Tym samym zapewniona będzie realizacja interesów obu stron – tak Zamawiającego, jak i Wykonawcy – przy jednoczesnej konieczności dostosowania realizacji kontraktu do dynamicznie rozwijającej się sytuacji związanej z COVID-19 i restrykcjami wprowadzanymi przez rząd i inne organy władzy. Wobec tego, proponujemy dodatkowo Paragrafu o treści:

1. *Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp.*
2. *Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.*
3. *W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.*

Odpowiedź 43:

Zgodnie ze wzorem umowy - Dotyczy wzoru umowy § 9 .



Ośrodek Medyczny SAMARYTANIN
ul. Kazimierza Pużaka 11, 45-272 Opole
NIP: 754-188-11-39, REGON: 531572886
tel. (77) 400 38 12 / tel. kom. 604 606 584
www.samarytanin.opole.pl / samarytanin@samarytanin.opole.pl

Niniejsze wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego zostały upublicznione w Bazie Konkurencyjności. Pozostałe postanowienia Zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

WŁAŚCICIEL
OŚRODEK MEDYCZNY
SAMARYTANIN
z up. Katarzyna Luskho
Cezary Jada