



Ośrodek Medyczny SAMARYTANIN

ul. Kazimierza Pużaka 11, 45-272 Opole
NIP: 754-188-11-39, REGON: 531572886

tel. (77) 400 38 12 / tel. kom. 604 606 584
www.samarytanin.opole.pl/ samarytanin@samarytanin.opole.pl

Opole, 27.10.2020r.

Ogłoszenie nr 2020-1498-8080

Zapytanie ofertowe nr:
7/11/RPOP.10.01.01-16-0057/17-00/2020

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem dwóch elektrod do aparatu do hipertermii do zabiegów elektrohipertermii lokoregionalnej – jako elementów zestawu w ramach uzupełnienia wyposażenia oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi.

Działając na podstawie pkt. XIII ppkt 1 Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego – Instrukcja dla Wykonawców, Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi/wyjaśnień na pytania/wątpliwości Wykonawców.

Pytanie 1:

W załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego, w punkcie III, tj. w tabeli ze szczegółowym opisem zamówienia, ostatni punkt 16. wymaga aby elementy wyposażenia będące przedmiotem zamówienia posiadały deklarację zgodności i były oznakowane znakiem CE. Ze względu na specyfikę certyfikatu CE dla urządzenia medycznego, tj. Celsius TCS, certyfikat ten jest wystawiony na CAŁY kompletny system wraz z jego wszystkimi komponentami i obejmuje również wszystkie elektrody, a zatem poszczególne elektrody nie posiadają odrębnego certyfikatu CE, a ponadto nie są oznakowane znakiem CE, ponieważ nie są odrębnym niezależnie działającym produktem medycznym a jedynie komponentem. W związku z powyższym, czy zamawiający dopuści do przetargu ofertę, która nie spełni warunku nr. 16 z w.w. tabeli parametrów granicznych?

Odpowiedź 1:


Ze względu na specyfikę certyfikatu CE dla urządzenia medycznego, tj. Celsius TCS, Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia - pkt 16 tabeli otrzymuje brzmienie:
Zamawiający wymaga dokumenty potwierdzające deklarację zgodności i oznakowanie znakiem CE kompletnego systemu wraz z jego wszystkimi komponentami, w tym obejmującymi również wszystkie elektrody.

Pozostała część zapisów Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia - pozostaje bez zmian.

Niniejsze wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego zostały upublicznione w Bazie Konkurencyjności. Pozostałe postanowienia Zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

WŁAŚCICIEL
OŚRODEK MEDYCZNY
SAMARYTANIN



Cezary Juda