



Ośrodek Medyczny SAMARYTANIN
ul. Kazimierza Pużaka 11, 45-272 Opole
NIP: 754-188-11-39, REGON: 531572886
tel. (77) 400 38 12 / tel. kom. 604 606 584
www.samarytanin.opole.pl / samarytanin@samarytanin.opole.pl

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS OGÓLNY

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem nowego (nieużywanego) systemu chłodzenia skóry głowy, w tym wolnego od wad prawnych i fizycznych oraz praw osób trzecich oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu jego obsługi, w ramach Projektu pn.: *Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie poradni onkologicznej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu*, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 10.00.00: Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działania 10.01.00: Infrastruktura społeczna na rzecz wyrównania nierówności w dostępie do usług, Poddziałania 10.01.01: Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Szczegółowy opis działań Wykonawcy znajduje się w pkt. III niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia.

II. INFORMACJE PODSTAWOWE O PROJEKCIE.

1. Kraj Beneficjenta:

RZECZPOSPOLITA POLSKA

2. Podstawowe informacje o Projekcie:

Projekt zakłada zakup nowego sprzętu i wyposażenia do poradni onkologicznej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu, w której realizowane są świadczenia w zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Wszystkie założenia w projekcie bazują na obecnej infrastrukturze i będą służyć poprawie wydajności oraz zaspokojeniu lepszemu dostępowi do usług medycznych. Potrzeba modernizacji i zwiększenia wydajności oraz jakości usług podyktowana jest uwarunkowaniami opisanymi w Mapach Potrzeb Zdrowotnych dla województwa opolskiego oraz własnymi doświadczeniami. Realizowane założenia pakietu Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego NFZ, w ramach którego wykonywane są świadczenia diagnostyczno-zabiegowe, poprzez udoskonalenie tych usług oraz poszerzenie przyniesie dużo lepsze efekty niż dotychczas oraz zapewni pacjentom szybszy i łatwiejszy dostęp do świadczeń zdrowotnych z zakresu onkologii

2.1 Cel Projektu:

Zasadniczym celem Projektu jest poprawa efektywności i jakości świadczonych usług medycznych przez Ośrodek Medyczny „SAMARYTANIN” w Opolu na rzecz pacjentów w zakresie chorób onkologicznych. Cele bezpośrednie projektu to: 1) Wzrost poziomu bezpieczeństwa pacjentów; 2) Zapewnienie kompleksowej realizacji usług medycznych w ramach jednej jednostki; 3) Poprawa jakości usług medycznych; 4) Wzrost zaufania społeczeństwa wobec jednostek ochrony zdrowia; 5) Poprawa ogólnej wydajności usług



Ośrodek Medyczny SAMARYTANIN
ul. Kazimierza Pużaka 11, 45-272 Opole
NIP: 754-188-11-39, REGON: 531572886
tel. (77) 400 38 12 / tel. kom. 604 606 584
www.samarytanin.opole.pl / samarytanin@samarytanin.opole.pl

medycznych w zakresie chorób onkologicznych; 6) Zwiększenie ilości oferowanych świadczeń; 7) Ułatwienie dostępu do nowoczesnych technik diagnostyczno-leczniczych; 8) Ułatwienie dostępu pacjentom do usług medycznych; 9) Wzrost liczby świadczonych usług medycznych; 10) Unowocześnienie zaplecza sprzętowego.

2.2 Cel przedmiotu niniejszego zamówienia

Jednym z zadań w ramach realizowanego Projektu jest zakup systemu chłodzenia skóry głowy do poradni onkologicznej, urządzenia stosowanego w leczeniu onkologicznym jako forma zabezpieczenia przed procesem wypadania włosów w czasie podawania chemioterapii.

III. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Sprzęt oferowany przez Wykonawcę winien spełniać parametry graniczne określone w poniższej tabeli.

Wykonawca wraz z ofertą winien przedłożyć wypełniony opis parametrów w poniższej tabeli, potwierdzający spełnianie parametrów granicznych. Ponadto, konieczne jest wskazanie przez Wykonawcę nazwy Producenta, oferowanego modelu (nazwa/typ), jak również roku produkcji (z uwzględnieniem, że rokiem produkcji winien być rok 2018 lub 2019).

Producent:

Oferowany model (nazwa/typ)

Rok produkcji systemu chłodzenia głowy:

Kod CPV:

33100000-1 – Urządzenia medyczne

L.p.	Parametry graniczne	Spełnienie warunku	Opis parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełnia wykonawca)
System chłodzenia głowy			
1	Kompletny, fabrycznie nowy system chłodzenia skóry głowy dla dwóch pacjentów jednocześnie (dwa stanowiska), wg odrębnej procedury dla każdego z nich, z czepkami i regulatorem chłodzenia. Zestaw powinien obejmować wszystkie niezbędne elementy, konieczne do prawidłowego wykonania procedury	Tak	
2	Urządzenie mobilne, umożliwiające łatwy i bezpieczny transport, wyposażone w 4 kółka (co najmniej 2 z opcją blokady)	Tak	
3	Urządzenie chłodnicze w obudowie ze stali powlekanej	Tak	
4	Urządzenie obsługiwane za pomocą ekranu dotykowego LCD minimum 5" maximum 6,3"	Tak	



Ośrodek Medyczny SAMARYTANIN
ul. Kazimierza Pużaka 11, 45-272 Opole
NIP: 754-188-11-39, REGON: 531572886
tel. (77) 400 38 12 / tel. kom. 604 606 584
www.samarytanin.opole.pl / samarytanin@samarytanin.opole.pl

5	Jednostka wyposażona w regulowane uchwyty na czepki po jednym z każdej strony	Tak	
6	Możliwość ustawienia licznika czasu chłodzenia końcowego po zakończeniu podawania leku niezależnie dla każdego pacjenta	Tak	
7	Zabezpieczenie w postaci automatycznego systemu wyłączającego urządzenie w przypadku osiągnięcia zbyt niskich temperatur płynu	Tak	
8	Temperatura kontrolowana przez termostat elektroniczny	Tak	
9	Wszelkie odchylenia od ustawionej wartości temperatury są natychmiast korygowane przez urządzenie	Tak	
10	Ciągła kontrola i rejestrowanie temperatury przepływu płynu chłodzącego w kanałach czepka odrębnie dla każdego stanowiska	Tak	
11	Możliwość odłączania czepków od jednostki centralnej w trakcie chemioterapii, jeżeli nastąpi taka konieczność	Tak	
12	Powiadomienia o nieprawidłowej pracy urządzenia wyświetlane na ekranie dotykowym	Tak	
13	Czepki wielorazowego użytku, odporne na płyny do dezynfekcji. Co najmniej 6 czepków (w różnych rozmiarach w min. trzech rozmiarach), o wadze maksimum do 1,2 kg każdy, wliczając płyn i powłokę ochronną	Tak	
14	Ciągła kontrola przepływu płynu chłodzącego i temperatury w przewodach	Tak	
15	Optyczny i akustyczny alarm wysokiej temperatury.	Tak	
16	Optyczny i akustyczny alarm niedoboru płynu chłodzącego.	Tak	
17	Sprężarka- jednostka uszczelniona hermetycznie z chłodziwem bez freonu	Tak	
18	Ciecz robocza- roztwór soli organicznych i substancji zapobiegających korozji, koloryzowany nietoksycznym barwnikiem roślinnym klasy spożywczej	Tak	



Ośrodek Medyczny SAMARYTANIN
ul. Kazimierza Pużaka 11, 45-272 Opole
NIP: 754-188-11-39, REGON: 531572886
tel. (77) 400 38 12 / tel. kom. 604 606 584
www.samarytanin.opole.pl / samarytanin@samarytanin.opole.pl

19	Pojemność zbiornika na płyn chłodzący: minimum 2 litry	Tak	
20	Temperatura pracy płynu chłodzącego utrzymywana w zakresie od -4°C do -3.5°C	Tak	
21	Waga: do 50 kg	Tak	
22	Maksymalne wymiary zewnętrzne urządzenia: 350 x 650 x 450 mm (Szerokość x Wysokość x Głębokość)	Tak	
23	Napięcie zasilania: 230V / 50-60 Hz, 750 VA	Tak	
Szkolenie			
24	Szkolenie u użytkownika w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w siedzibie Zamawiającego po jego zainstalowaniu, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania jego dostawy na rzecz Zamawiającego. Szkolenie powinno zostać potwierdzone wydaniem na rzecz wszystkich wytypowanych przez Zamawiającego osób certyfikatów, poświadczających uprawnienia do obsługi urządzenia.	Tak	
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny			
25	Okres gwarancji dla poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona od daty uruchomienia potwierdzonego podpisaniem „Protokołu odbioru końcowego całości przedmiotu umowy”, po przeprowadzonym szkoleniu	Tak	
26	Gwarancja obejmuje naprawy, usuwanie awarii, konserwacje, przeglądy gwarancyjne wraz z materiałami i częściami zamiennymi, niezbędnymi do należytego funkcjonowania zestawu do wykonywania badań	Tak	
27	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas wyłączenia urządzenia z eksploatacji	Tak	
28	Konieczność wykonania więcej niż 3 napraw tego samego elementu, części lub urządzenia spowoduje wymianę tego elementu, części lub urządzenia na nowe	Tak	



Ośrodek Medyczny SAMARYTANIN
ul. Kazimierza Pużaka 11, 45-272 Opole
NIP: 754-188-11-39, REGON: 531572886
tel. (77) 400 38 12 / tel. kom. 604 606 584
www.samarytanin.opole.pl / samarytanin@samarytanin.opole.pl

29	Czas reakcji serwisu w dni robocze – godziny	≤ 24	
30	Maksymalny czas naprawy– dni robocze	≤ 5	
31	Pełna obsługa pogwarancyjna (m.in.: pełna obsługa serwisowa; przeglądy okresowe zgodnie z zaleceniami producenta; diagnoza awarii oraz określenie kosztów naprawy; usunięcie awarii w terminie uzgodnionym z Zamawiającym; doradztwo i fachowa pomoc w bieżących problemach; dostarczanie części zamiennych i zużywalnych oraz materiałów eksploatacyjnych - na podstawie oferty cenowej przedstawionej Zamawiającemu i zaakceptowanej przez Zamawiającego)	Tak	
32	Bezpłatny serwis obejmujący koszt typowych materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych, które ulegają normalnemu zużyciu, przeglądy techniczne co najmniej raz w roku przez cały okres gwarancyjny	Tak	
33	Okres zagwarantowania dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych, od daty oddania urządzenia do eksploatacji.	≥ 10	
34	Wykonawca zapewni dostawę materiałów zużywalnych na co najmniej dwa lata użytkowania urządzenia (płyn chłodzący – co najmniej 2 litry i filtry)	Tak	
Pozostałe dane			
35	Instrukcja obsługi w języku polskim, paszport techniczny	Tak	
36	Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów w języku polskim	Tak	
37	Certyfikat FDA potwierdzający brak negatywnego wpływu systemu na zdrowie	Tak	
38	Dokumenty potwierdzające, że urządzenie posiada deklarację zgodności i jest oznakowany znakiem CE	Tak	



Ośrodek Medyczny SAMARYTANIN
ul. Kazimierza Pużaka 11, 45-272 Opole
NIP: 754-188-11-39, REGON: 531572886
tel. (77) 400 38 12 / tel. kom. 604 606 584
www.samarytanin.opole.pl / samarytanin@samarytanin.opole.pl


Do oferty należy dołączyć, prócz wypełnionej powyżej tabeli, również firmowe materiały informacyjne w języku polskim, w których winny być zaznaczone deklarowane wartości/cechy dotyczące parametrów granicznych.


W przypadku braku w materiałach informacyjnych producenta potwierdzenia określonego parametru, za wystarczające zostanie uznane oświadczenie złożone przez Wykonawcę, potwierdzające deklarowane wartości/cechy dotyczące parametrów granicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji powyższych oświadczeń Wykonawcy w zakresie parametrów technicznych bezpośrednio u Producenta.

W sytuacji niedołączenia przez Wykonawcę do oferty wypełnionej tabeli lub wymaganych materiałów informacyjnych bądź oświadczeń – dokumenty te będą podlegały przez Wykonawcę uzupełnieniu, po wezwaniu przez Zamawiającego.

Natomiast w sytuacji, gdy oferowane przez Wykonawcę parametry (bądź parametry wskazane w materiałach informacyjnych bądź oświadczeniach) nie potwierdzą parametrów granicznych określonych przez Zamawiającego, oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu jako niezgodna z Zapytaniem ofertowym. Tożsamy rygor będzie zastosowany w sytuacji, gdy materiały informacyjne nie potwierdzą deklarowanych przez Wykonawcę parametrów bądź Producent urządzenia nie potwierdzi oświadczeń Wykonawcy.

Ośrodek Medyczny SAMARYTANIN
Koordynująca Chemioterapii
Pielęgniarka
45-272 Opole, ul. Pużaka 11
tel. 606 862 551
Małgorzata Stychno

WŁAŚCICIEL
OŚRODEK MEDYCZNY
SAMARYTANIN

Cezary Juda

Ośrodek Medyczny SAMARYTANIN
Pielęgniarka Koordynująca
ODDZIAŁ MEDYCZYNY PALIATYWNEJ

Marianna Grajoszek
Specjalistka
Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej